



PROPOSTA TÉCNICA

PROP. 049/2025

AO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO OESTE
PREGÃO 90007/2025
PROCESSO: 22/2025

Objeto a seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando o fornecimento de: material de consumo para os Centros Municipais de Saúde e Hospital Municipal São Matheus do Município de Nova Esperança do Sudoeste - PR.

ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO TÉCNICA	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	MODELO					
109	SISPACK/ SP220	Indicador Biológico autocontido, de terceira geração, com resposta final em 3 horas, para controle biológico dos processos de esterilização a Vapor saturado em autoclaves gravitacionais ou a vácuo. A tira com o esporo do Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 encontra-se armazenada em uma ampola plástica que também acondiciona uma ampola de vidro contendo um caldo nutriente próprio para o cultivo do microrganismo. A ampola plástica é fechada por uma tampa marrom com janelas laterais e protegida por um papel filtro hidrofóbico. Cada ampola possui um rótulo externo que informa o lote e a data da fabricação do produto, contendo campos para a identificação da ampola e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das não processadas. O produto fluorescente que se gera com o resultado da atividade enzimática pode ser detectado com grande sensibilidade pela incubadora Bionova® IC1020FR, Minibio, ou qualquer outra incubadora por uorescência disponível no mercado, desenvolvida para produtos com especificações similares. Fabricante: Terragene, Marca: Sispack; Modelo: SP220. Procedência: Argentina; Agente esterilizante: Vapor; Parâmetros: Ciclos de 121°C a 135°C; Tipo de leitura: Fluorescência; Temperatura de incubação: 60°C +/- 2°C; Tempo de resposta: 3 horas Apresentação: Caixa com 50 unidades Validade: 2 anos; Registro ANVISA: Dispensado. Norma Regulamentadora: ISO 11138-1: 2016	CX/ 50 UND	5	R\$ 615,00	R\$ 3.075,00
					Valor Total	R\$ 3.075,00

Três Mil e Setenta e Cinco Reais

Prezados Senhores, segue a nossa proposta comercial em anexo, e todas as condições previstas, para o pleno atendimento da Concorrência em referência.

1. Validade da Proposta

Será de 12 (DOZE) MESES de acordo com o Item 11.9 do presente Edital.

2. Prazo de Entrega

Será de 10 (DEZ) dias corridos a contar do recebimento da Nota de Empenho conforme item 24.2 do Anexo I.

3. Condições de Pagamento

Será realizado na condição de até 30 (Trinta) dias do recebimento definitivo, conforme item 9.3 do Anexo I.

4. Locais de Entrega

O local de entrega será NO Departamento de Saúde deste Município, deverá ser entregue na farmácia municipal no Centro de Saúde em anexo com o Hospital Municipal São Matheus, no seguinte endereço: Rua Brasil nº 90, esquina com a Avenida Vereador Guilherme Leandro - CONFORME ITEM 4.4 DO TERMO DE REFERÊNCIA.

5. Proposta

Conforme planilha detalhada, de composição de preços que se encontra em ANEXO a proposta comercial.

6. Diversos

Declaramos que nos preços contidos na proposta escrita, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, impostos, lucro empresarial, tributos incidentes, seguro, frete e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos.

7. Declaramos

Sob as Penas da lei, que a nossa empresa SISPACK MEDICAL LTDA, CNPJ nº 54.565.478/0001-98 atende plenamente aos requisitos de habilitação para participação do referido Pregão Eletrônico, e estamos de acordo com o Edital em sua íntegra.

8. Dados Bancários

BANCO DO BRASIL
CÓDIGO: 001

C/C. 126000-6

9. Dados Cadastrais

SISPACK MEDICAL LTDA
CNPJ: 54.565.478/0001-98 – Inscrição Estadual: 111.882.534.110
Endereço: Rua Doze de Setembro, 1.173 – Vila Guilherme – Cep 02052-001.
Cidade: São Paulo – SP
E-mail: vendas3@sispack.com.br / licitacoes@sispack.com.br
Fone: (11) 2955-2222 ramal 1002 / 1005

10. Representante Legal

Sr: Humberto Lassala Filho
RG: 4.518.404 SSP-SP
CPF: 569.628.868-53
Nacionalidade: Brasileiro

11. Garantia

A garantia dos nossos produtos respeita o mínimo de tempo previsto no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078) e podem se estender de acordo com as informações contidas na embalagem primária

12. Diversos

Declaramos expressamente que nos sujeitamos e aceitamos todas e quaisquer exigências estabelecidas no presente Edital do Pregão Eletrônico e seus respectivos Anexos, inclusive normas, prazos e garantia, quando houver.

13. Declaração Lei 14.133/21

Declaro, ainda, que a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega, nos termos do artigo 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

São Paulo, 20 de março de 2025



HUMBERTO LASSALA FILHO
DIRETOR GERAL
RG: 4.518.404 SSP-SP
CPF: 569.628.868-53

54.565.478/0001-98
SISPACK MEDICAL LTDA
R. Doze de Setembro, 1173
Vila Guilherme - CEP 02052-001
SÃO PAULO - SP



INDICADORES BIOLÓGICOS

SP220 VAPOR 3H

**Indicadores Biológicos
Autocontidos para processos
de esterilização à vapor**



Indicador Biológico autocontido, de terceira geração, com resposta final em 3 horas, para controle biológico dos processos de esterilização à vapor saturado em autoclaves gravitacionais ou a vácuo. A tira com no mínimo 10^6 de esporos do *Geobacillus stearothermophilus* (ATCC 7953) encontra-se armazenada em uma ampola plástica que também acondiciona uma ampola de vidro contendo um caldo nutriente próprio para o cultivo de microrganismo. A ampola plástica é fechada por uma tampa marrom com janelas laterais e protegida por um papel filtro hidrofóbico. Cada ampola possui um rótulo externo que informa o lote e a data de fabricação do produto, contendo campos para identificação, e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das não processadas. O produto fluorescente que se gera com o resultado da atividade enzimática pode ser detectado com grande sensibilidade pela incubadora Bionova® IC10/20FR e Minibio.

Características Técnicas

Fabricante: **Terragene**

Marca: **Sispack®**

Modelo: **SP220**

Procedência: **Argentina**

Agente esterilizante: **Vapor**

Parâmetros: **Ciclos de 121°C a 135°C**

Tipo de leitura: **Fluorescência**

Temperatura de incubação: **60°C +/- 2°C**

Tempo de resposta: **03 horas**

Apresentação: **Caixa com 50 unidades**

Validade: **2 anos**

Registro ANVISA: **Dispensado**

Normas Regulamentadoras: **IRAM 37102-1, IRAM 37102-3, ISO 11138-1 e ISO 11138-3.**



INDICADORES BIOLÓGICOS

SP220 VAPOR 3H

Indicadores Biológicos
Autocontidos para processos
de esterilização à vapor

Especificações

Armazenamento: Temp 10-30°C, HR 30-80%, manter protegido da luz e da exposição de agentes esterilizantes. A leitura por fluorescência deverá ser realizada durante 3h de incubação a 60°C. A leitura negativa se dá quando decorridas as 3h de incubação e a incubadora verifica que não há crescimento de microrganismo.

Projetado sob os padrões do Sistema de Gerenciamento de Qualidade ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016.



Agência Nacional de Vigilância Sanitária Gerência - Geral de Tecnologia em Produtos para Saúde Gerência de Tecnologia de Materiais de Uso em Saúde SIA, trecho 5, área especial 57 Brasília (DF) CEP 71.205-050 www.anvisa.gov.br	
Destinatário: <u>Sispack Medical Ltda – Valéria Anzai</u>	
Nº do fax de destino: <u>(11) 2955-2222</u>	Data: <u>02/10/2009</u>
Remetente: <u>GERENCIA DE TECNOLOGIA DE MATERIAIS DE USO EM SAÚDE</u>	
Tel. p/ contato: <u>(61) 3462-6622</u>	Fax: <u>(61) 3462-6644</u>
Correio eletrônico: <u>tecnologia.produtos@anvisa.gov.br</u>	
Nº de páginas: esta + 0	Nº do documento: 410/2009

Em atenção às cartas expedientes 709086/09-2, 709056/09-1, 709044/09-7 e 709074/09-9, informo:

Em conformidade com a legislação sanitária vigente - Resolução RDC 185/2001, um produto para ser considerado para saúde deve ser destinado à prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou anticoncepção e que não utilize meio farmacológico, imunológico ou metabólico para realizar sua principal função em seres humanos, podendo, entretanto ser auxiliado em suas funções por tais meios.

Desta forma, indicadores químicos e biológicos utilizados para controle do processo de esterilização não são passíveis de Registro ou Cadastro nesta Gerência Geral de Produtos para Saúde.

Atenciosamente,


WALFREDO DA SILVA CALMON
 Gerente - GEMAT



Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 23/04/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **27814b7c7141fd3b931ce3c3f24ff622aaeac5cf0cf08e6759ced805ff678b14** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **252830** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Isenção Registro Indicador Químico Biológico**", cujo assunto é descrito como "**Isenção Registro Indicador Químico Biológico**", faz prova de que em **23/01/2025 17:02:21**, o responsável **Humberto Lassala Filho (569.***.***-53)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Humberto Lassala Filho a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **23/01/2025 17:05:12** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xc58bed9931f7b92d3017d54401f2f1b7c62157fcd442d64f66d42c5da16a3d30**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CMVS: **355030801-464-004269-1-1**

DATA DE VALIDADE: **03/06/2025**

Nº PROCESSO:

Nº PROTOCOLO:

6018.2021/0080897-6

DATA DO PROTOCOLO: **22/10/2021**

SUBGRUPO:

DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA

AGRUPAMENTO:

**COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A
SAÚDE**

ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:

**4645-1/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO,
CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS**

OBJETO LICENCIADO:

ESTABELECIMENTO

DETALHE:

RAZÃO SOCIAL:

SISPACK MEDICAL LTDA.

CNPJ ALBERGANTE:

NOME FANTASIA:

SISPACK MEDICAL LTDA

CNPJ / CPF:

54.565.478/0001-98

LOGRADOURO:

Rua DOZE DE SETEMBRO

NÚMERO: **1173**

COMPLEMENTO:

BAIRRO:

Vila Guilherme

MUNICÍPIO:

SÃO PAULO

CEP:

02052-001

UF: **SP**

PÁGINA DA WEB:

RESPONSÁVEL LEGAL: **HUMBERTO LASSALA FILHO**

CPF: **56962886853**

CONSELHO REGIONAL: **N/A**

Nº INSCR. CONSELHO PROF: **0**

UF: **SP**

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **GIVANILDO SILVA DE OLIVEIRA**

CPF: **31353722864**

CONSELHO REGIONAL: **CREA**

Nº INSCR. CONSELHO PROF: **5062730041**

UF: **SP**

RESPONSÁVEL TÉCNICO SUBSTITUTO: **SANDRA REGINA ALVES DE LELLO GERMANO**

CPF: **02264258861**

CONSELHO REGIONAL: **COREN**

Nº INSCR. CONSELHO PROF: **60070**

UF: **SP**

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CMVS: 355030801-464-004269-1-1

DATA DE VALIDADE: 03/06/2025

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

PRODUTOS PARA SAÚDE

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

EXPORTAR

IMPORTAR

O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SÃO PAULO

CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRIR-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTES DOCUMENTOS.

ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

SÃO PAULO

LOCAL

03/06/2022

DATA DE DEFERIMENTO

Codigo de Validação: 1654276094322

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: <https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/>

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

SISPACK MEDICAL LTDA

CNPJ

54.565.478/0001-98

Nome Fantasia

sispack

Endereço na Internet

www.sispack.com.br

SAC**Endereço Completo**

RUA DOZE DE SETEMBRO Nº 1173 - VILA GUILHERME CEP: 20.520-01

Cidade/UF

SÃO PAULO/SP

Responsável Técnico

GIVANILDO SILVA DE OLIVEIRA

Responsável Legal

HUMBERTO LASSALA FILHO

Dados do Cadastro

Nº da Autorização

1.03577-2

Data da Autorização

04/08/1998

Situação

Ativa

Nº do Processo[25004.027700/9757](#)**Autorização**

Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes**Armazenar**

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Distribuir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Embalar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Expedir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Exportar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Fabricar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Importar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Reembalar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado